

### 线粒体复合体V试剂盒说明书

微量法 100管/48样

正式测定前务必取2-3个预期差异较大的样本做预测定

测定意义：

线粒体复合体V又称F<sub>1</sub>F<sub>0</sub>-ATP合酶，广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞的线粒体中，由F<sub>1</sub>和F<sub>0</sub>两个亚单位组成。该酶利用呼吸链产生的质子电化学梯度催化ATP合成，也可逆过程水解ATP。此外，复合体V还存在于叶绿体、异养菌和光合细菌中。复合体V是线粒体氧化磷酸化和叶绿体光合磷酸化合成ATP的关键酶。

测定原理：

复合体V水解ATP产生ADP和P<sub>i</sub>，通过测定P<sub>i</sub>增加速率来测定复合体V活性。

需自备的仪器和用品：

可见分光光度计/酶标仪、台式离心机、水浴锅、可调式移液器、微量石英比色皿/96孔板、研钵、冰和蒸馏水。

试剂的组成和配制：

试剂一：100mL×1瓶，-20℃保存；

试剂二：80mL×1瓶，-20℃保存；

试剂三：2 mL×1瓶，-20℃保存；

试剂四：粉剂×1支，-20℃保存；临用前加入2mL蒸馏水，充分溶解备用，用不完的试剂仍-20℃保存；

试剂五：8mL×1瓶，4℃保存；

试剂六：粉剂×1瓶，4℃保存；临用前加入4mL蒸馏水，充分混匀；溶解后4℃保存一周；

试剂七：粉剂×1瓶，4℃保存；临用前加入10mL蒸馏水，充分混匀；溶解后4℃保存一周；

试剂八：粉剂×1瓶，4℃保存；临用前加入10mL蒸馏水，充分混匀；溶解后4℃保存一周；

试剂九：液体10mL×1瓶，室温保存。

**定磷试剂的配制：**按H<sub>2</sub>O:试剂七:试剂八:试剂九=2:1:1:1的比例配制，配好的定磷试剂应为浅黄色。若无色则试剂失效，若是蓝色则为磷污染（请根据需要，用多少配多少）。

**注意：**配试剂最好用新的烧杯、玻棒和玻璃移液器，或者一次性塑料器皿，以避免磷污染。

样本的前处理：

组织、细菌或细胞中胞浆蛋白与线粒体蛋白的分离：

- 准确称取0.1g组织或收集500万细胞，加入1mL试剂一和10μL试剂三，用冰浴匀浆器或研钵匀浆。
- 将匀浆600g，4℃离心5min。
- 弃沉淀，将上清液移至另一离心管中，11000g，4℃离心10min。
- 上清液即为除去线粒体的胞浆蛋白，可用于测定从线粒体泄漏的复合体V（此步可选做）。
- 步骤④中的沉淀即为线粒体，加入800μL试剂二和8μL试剂三，超声波破碎（冰浴，功率20%或200W，超声3s，间隔10秒，重复30次），用于复合体V酶活性测定。

测定步骤:

1、酶促反应（在EP管中加入下列试剂）

试剂名称（ $\mu\text{L}$ ）	对照管	测定管
试剂四	10	10
试剂五	40	40
样本		50

混匀，37°C（哺乳动物）或25°C（其它物种）准确水浴30min

试剂六	20	20
样本	50	

混匀，4000g，25°C离心10min，取上清液

2、定磷（在EP管或96孔板中加入下列试剂）

上清液	30	30
定磷试剂	170	170

混匀，室温静置10min后，在660nm处读取A测定管和A对照管，计算 $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$ 。每个测定管设一个对照管。

复合体V活性计算：

a.使用微量石英比色皿测定的计算公式如下：

标准条件下测定的回归方程为 $y = 1.274x + 0.004$ ；x为标准品浓度（mmol/L），y为A值。

1、组织中复合体V活性的计算：

（1）按样本蛋白浓度计算

单位的定义：每mg组织蛋白每分钟产生1 nmol 无机磷定义为一个酶活性单位。

复合体V活性（nmol/min/mg prot） $= [(\Delta A - 0.004) \div 1.274 \times V_{\text{反应}} \times 106] \div (V_{\text{样}} \times C_{\text{pr}}) \div T$

$$= 62.8 \times (\Delta A - 0.004) \div C_{\text{pr}}$$

此法需要自行测定样本蛋白质浓度。

（2）按样本鲜重计算

单位的定义：每g组织每分钟产生1 nmol 无机磷定义为一个酶活性单位。

复合体V活性 (nmol/min /g 鲜重)  $=[(\Delta A-0.004) \div 1.274 \times V_{\text{反总}} \times 106] \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T = 50.7 \times (\Delta A-0.004) \div W$

(3) 按细菌或细胞密度计算

单位的定义：每1万个细菌或细胞每分钟产生1 nmol 无机磷定义为一个酶活性单位。

复合体V活性 (nmol/min /104 cell)  $=[(\Delta A-0.004) \div 1.274 \times V_{\text{反总}} \times 106] \div (500 \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T = 0.101 \times (\Delta A-0.004)$

V反总：反应体系总体积， $1.2 \times 10^{-4}$  L； V样：加入样本体积，0.05 mL； V样总：加入提取液体积，0.808 mL； T：反应时间，30 min；  
Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL； W：样本质量，g； 500：细胞或细菌总数，500万。

b.使用96孔板测定的计算公式如下：

标准条件下测定的回归方程为 $y = 0.637x + 0.004$ ； x为标准品浓度 (mmol/L)， y为A值。

(1) 按样本蛋白浓度计算

单位的定义：每mg组织蛋白每分钟产生1 nmol 无机磷定义为一个酶活性单位。

复合体V活性 (nmol/min /mg prot)  $=[(\Delta A-0.004) \div 0.637 \times V_{\text{反总}} \times 106] \div (V_{\text{样}} \times C_{\text{pr}}) \div T$   
 $= 125.6 \times (\Delta A-0.004) \div C_{\text{pr}}$

此法需要自行测定样本蛋白质浓度。

(2) 按样本鲜重计算

单位的定义：每g组织每分钟产生1 nmol 无机磷定义为一个酶活性单位。

复合体V活性 (nmol/min /g 鲜重)  $=[(\Delta A-0.004) \div 0.637 \times V_{\text{反总}} \times 106] \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T$   
 $= 101.5 \times (\Delta A-0.004) \div W$

(3) 按细菌或细胞密度计算

单位的定义：每1万个细菌或细胞每分钟产生1 nmol 无机磷定义为一个酶活性单位。

复合体V活性 (nmol/min /104 cell)  $=[(\Delta A-0.004) \div 0.637 \times V_{\text{反总}} \times 106] \div (500 \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T$   
 $= 0.203 \times (\Delta A-0.004)$

V反总：反应体系总体积， $1.2 \times 10^{-4}$  L； V样：加入样本体积，0.05 mL； V样总：加入提取液体积，0.808 mL； T：反应时间，30 min；  
Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL； W：样本质量，g； 500：细胞或细菌总数，500万。