

纤维素酶（cellulase, CL）/羧甲基纤维素酶活性测定

试剂盒说明书

微量法 100管/48样

正式测定前务必取2-3个预期差异较大的样本做预测定

测定意义：

CL（EC 3.2.1.4）存在于细菌、真菌和动物体内，能够催化羧甲基纤维素降解，是一类可广泛应用于医药、食品、棉纺、环保及可再生资源利用等领域的酶制剂。

测定原理：

采用蒽酮比色法测定CL催化羧甲基纤维素钠降解产生的还原糖的含量。

需自备的仪器和用品：

可见分光光度计/酶标仪、水浴锅、移液器、微量石英比色皿/96孔板、研钵、冰、浓硫酸和蒸馏水。

试剂的组成和配制：

提取液：液体100mL×1瓶，4℃保存；

试剂一：液体6mL×1瓶，4℃保存；

试剂二：液体40mL×1瓶，4℃保存；

试剂三：粉剂×1瓶，4℃保存； 临用前加入5mL蒸馏水和45mL浓硫酸充分溶解待用。

样品测定的准备：

1、细菌或培养细胞：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；按照细菌或细胞数量（10⁴个）：提取液体积（mL）为500~1000：1的比例（建议500万细菌或细胞加入1mL提取液），超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率20%或200W，超声3s，间隔10s，重复30次）；8000g 4℃离心10min，取上清，置冰上待测。

2、组织：按照组织质量（g）：提取液体积（mL）为1：5~10的比例（建议称取约0.1g组织，加入1mL提取液），进行冰浴匀浆。8000g 4℃离心10min，取上清，置冰上待测。

3、血清（浆）样品：直接检测。

加样表和测定步骤：

试剂名称	对照管	测定管
样本	50	50
试剂一（ μ L）		90
试剂二（ μ L）	370	370
蒸馏水（ μ L）	180	90

37℃振荡反应1h后，90℃水浴15min（盖紧，防止水分散失），冷却后

8000g 25°C离心10min, 取上清, 得糖化液

糖化液 (μL)	140	140
试剂三 (μL)	260	260

混匀, 90°C水浴10min (盖紧, 防止水分散失), 冷却, 取200μL至微量石英比色皿或96孔板中, 测620nm下吸光值A, 计算 $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照管}}$ 。每个测定管设一个对照管。

CL活力计算:

a.用微量石英比色皿测定的计算公式如下

1、标准条件下测定的回归方程为 $y = 5.018x - 0.0462$; x为标准品浓度 (mg/mL), y为吸光值。

2、血清 (浆) CL活力的计算

单位的定义: 每mL血清 (浆) 每分钟催化产生1μg 葡萄糖定义为一个酶活力单位。

$$\text{CL活力}(\mu\text{g}/\text{min}/\text{mL}) = [1000 \times (\Delta A + 0.0462) \div 5.018 \times V_{\text{反总}}] \div V_{\text{样}} \div T = 39.8 \times (\Delta A + 0.0462)$$

3、细胞、细菌和组织中CL活力的计算

(1) 按照蛋白浓度计算

单位的定义: 每mg组织蛋白每分钟催化产生1μg 葡萄糖定义为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned}\text{CL活力}(\mu\text{g}/\text{min}/\text{mg prot}) &= [1000 \times (\Delta A + 0.0462) \div 5.018 \times V_{\text{反总}}] \div (V_{\text{样}} \times \text{Cpr}) \div T \\ &= 39.8 \times (\Delta A + 0.0462) \div \text{Cpr}\end{aligned}$$

(2) 按样本鲜重计算

单位的定义: 每g组织每分钟催化产生1μg 葡萄糖定义为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned}\text{CL活力}(\mu\text{g}/\text{min}/\text{g鲜重}) &= [1000 \times (\Delta A + 0.0462) \div 5.018 \times V_{\text{反总}}] \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T \\ &= 39.8 \times (\Delta A + 0.0462) \div W\end{aligned}$$

(3) 按细菌或细胞密度计算

单位的定义: 每1万个细菌或细胞每分钟催化产生1μg 葡萄糖定义为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned}\text{CL活力}(\mu\text{g}/\text{min}/10^4 \text{ cell}) &= [1000 \times (\Delta A + 0.0462) \div 5.018 \times V_{\text{反总}}] \div (500 \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T \\ &= 0.0796 \times (\Delta A + 0.0462)\end{aligned}$$

1000: 1mg/mL=1000ug/mL; V反总: 反应体系总体积, 0.6mL; V样: 加入样本体积, 0.05 mL; V样总: 加入提取液体积, 1 mL; T: 反应时间, 60 min; Cpr: 样本蛋白质浓度, mg/mL; W: 样本质量, g; 500: 细菌或细胞总数, 500万。

b.用96孔板测定的计算公式如下

1、标准条件测定回归方程为 $y = 2.5090x - 0.0462$; x为标准品浓度 (mg/mL), y为吸光值。

2、血清 (浆) CL活力的计算

单位的定义: 每mL血清 (浆) 每分钟催化产生1μg 葡萄糖定义为一个酶活力单位。

$$\text{CL活力}(\mu\text{g}/\text{min}/\text{mL}) = [1000 \times (\Delta A + 0.0462) \div 2.509 \times V_{\text{反总}}] \div V_{\text{样}} \div T = 79.6 \times (\Delta A + 0.0462)$$

3、细胞、细菌和组织中CL活力的计算

(1) 按照蛋白浓度计算

单位的定义：每mg组织蛋白每分钟催化产生1 μ g 葡萄糖定义为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \text{CL活力}(\mu\text{g}/\text{min}/\text{mg prot}) &= [1000 \times (\Delta A + 0.0462) \div 2.509 \times V_{\text{反总}}] \div (V_{\text{样}} \times C_{\text{pr}}) \div T \\ &= 79.6 \times (\Delta A + 0.0462) \div C_{\text{pr}} \end{aligned}$$

(2) 按样本鲜重计算

单位的定义：每g组织每分钟催化产生1 μ g 葡萄糖定义为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \text{CL活力}(\mu\text{g}/\text{min}/\text{g鲜重}) &= [1000 \times (\Delta A + 0.0462) \div 2.509 \times V_{\text{反总}}] \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T \\ &= 79.6 \times (\Delta A + 0.0462) \div W \end{aligned}$$

(3) 按细菌或细胞密度计算

单位的定义：每1万个细菌或细胞每分钟催化产生1 μ g 葡萄糖定义为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \text{CL活力}(\mu\text{g}/\text{min}/10^4\text{cell}) &= [1000 \times (\Delta A + 0.0462) \div 2.509 \times V_{\text{反总}}] \div (500 \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T \\ &= 0.1592 \times (\Delta A + 0.0462) \end{aligned}$$

1000: 1mg/mL=1000 μ g/mL; V反总: 反应体系总体积, 0.6mL; V样: 加入样本体积, 0.05 mL; V样总: 加入提取液体积, 1 mL; T: 反应时间, 60 min; Cpr: 样本蛋白质浓度, mg/mL; W: 样本质量, g; 500: 细菌或细胞总数, 500万。