
非标准阿利新蓝溶液,仅可染色强酸性硫酸盐类粘液物质。pH2.5更适用于含唾液酸性粘液物质（或含羟基的粘液物质）、新型隐球菌染色，pH1.0更适用于含硫酸化粘液物质染色。pH值为0.4。4°C,避光,6个月

www.affandi-e.com