
总蛋白定量的二喹啉甲酸/BCA微量分析主用于微量蛋白质的检测,主要由BCA溶液BSA标准品组成,在562nm处测吸光值,检测范围在2.5-200ug/ml。室温,避光,12个月

www.affandi-e.com