

---

用于防护用品如口罩、防护服等的质量检验。参考国家标准GB 19083-2010、GB 19082-2009及医疗行业标准YY/T 0700-2008等配置，由CMC、吐温、磷酸盐、苋菜红等组成，注意避免污染。使用前应按照GB/T 5549-1990测量本产品的表面张力，结果应是 $0.042\text{N/m} \pm 0.002\text{N/m}$ 。4°C,6个月

---

[www.affandi-e.com](http://www.affandi-e.com)