

本试剂盒仅供研究使用。


使用目的：

本试剂盒用于测定血清，血浆及相关液体样本中S-腺苷高半胱氨酸（SAH）的含量。

实验原理：

本试剂盒应用酶联免疫竞争法测定标本中S-腺苷高半胱氨酸（SAH）水平。用纯化的S-腺苷高半胱氨酸（SAH）抗体包被微孔板，制成固相抗体，往包被单抗的微孔中加入S-腺苷高半胱氨酸（SAH），和HRP标记的S-腺苷高半胱氨酸（SAH）抗原，使它们竞争结合，经过彻底洗涤后加底物TMB显色。样本颜色的深浅和样品中的S-腺苷高半胱氨酸（SAH）的含量呈负相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度（OD值），通过标准曲线计算样品中S-腺苷高半胱氨酸（SAH）的含量。

试剂盒组成：



标本要求：

1. 标本处理：

- (1) 水样 采集后经 -20°C反复冻融三次，再经玻璃纤维过滤后，备查
- (2) 组织 样品用丁醇：甲醇：水(5：25：70 V：V：V)抽提，或按相关文献提取进行，提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验，可将标本放于-20°C保存，备查

2. 不能检测含NaN₃的样品，因NaN₃抑制辣根过氧化物酶的（HRP）活性。

操作步骤：

加样：分别设标准孔、空白孔（空白对照孔不加样品及酶标试剂，其余各步操作相同）、待测样品孔。在酶标包被板上标准孔中加50微升，待测样品孔中先加样品稀释液40μl，然后再加待测样品10μl（样品最终稀释度为5倍）。加样将样品加于酶标板孔底部，尽量不触及孔壁，轻轻晃动混匀。

加酶：每孔加入酶标试剂50 μ l，空白孔除外。

温育：用封板膜封板后置37 $^{\circ}$ C温育60分钟。

配液：将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用

洗涤：小心揭掉封板膜，弃去液体，甩干，每孔加满洗涤液，静置30秒后弃去，如此重复5次，拍干。

显色：每孔先加入显色剂A50 μ l，再加入显色剂B50 μ l，轻轻震荡混匀，37 $^{\circ}$ C避光显色15分钟。

终止：每孔加终止液50 μ l，终止反应（此时蓝色立转黄色）。

测定：以空白孔调零，450nm波长依序测量各孔的吸光度（OD值）。测定应在加终止液后15分钟以内进行。

计算：

以标准物的浓度为横坐标，OD值为纵坐标，在坐标纸上绘出标准曲线，根据样品的OD值由标准曲线查出相应的浓度；再乘以稀释倍数；或用标准物的浓度与OD值计算出标准曲线的直线回归方程式，将样品的OD值代入方程式，计算出样品浓度，再乘以稀释倍数，即为样品的实际浓度。

注意事项：

1. 试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用，酶标包被板开封后如未用完，板条应装入密封袋中保存。
2. 浓洗涤液可能会有结晶析出，稀释时可在水浴中加温助溶，洗涤时不影响结果。
3. 各步加样均应使用加样器，并经常校对其准确性，以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内，如标本数量多，推荐使用排枪加样。

请每次测定的同时做标准曲线，最好做复孔。如标本中待测物质含量过高（样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值），请先用样品稀释液稀释一定倍数（n倍）后再测定，计算时请最后乘以总稀释倍数（ $\times n \times 5$ ）。

封板膜只限一次性使用，以避免交叉污染。

6. 底物请避光保存。
7. 严格按照说明书的操作进行，试验结果判定必须以酶标仪读数为准。
8. 所有样品，洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9. 本试剂不同批号组分不得混用。

检测范围：

3pg/ml-180pg/ml

规格：

96人份/盒

保存条件及有效期：

1. 试剂盒保存：； 2-8 $^{\circ}$ C。
2. 有效期：6个月